




MANUTENÇÃO ANESTÉSICA

MAKING VETS BETTER



ANESTESIA



- Manutenção c/verificação e calibrações (com FLUKE) de sensores volumétricos e pressão.

Valor = 360€

- Manutenção c/verificação e calibrações de sensores volumétricos e pressão (com FLUKE) + calibração de CO₂ (módulo ou monitor).

Valor = 460€

VAPORIZADOR MINDRAY

VERIFICAÇÃO (valores em vigor apenas caso não requeira calibração)

- Com outro serviço adicional (manutenção anestésica ou calibração de monitor).

Valor = 105€

- Sem outro serviço associado (manutenção anestésica ou calibração de monitor).

Valor = 175€



CALIBRAÇÃO (valores em vigor caso no processo anterior seja detetada uma descalibração do vaporizador)*


- Nas instalações do cliente.**

Valor = 275€

- Na MSO (empréstimo de um vaporizador durante o período de calibração, pode demorar entre 3 a 4 dias úteis).

Valor = 375€

MONITOR



CALIBRAÇÃO CO₂

Valor = 170€

*A Tarifa de Calibração substitui a tarifa de verificação sempre que se detete que o vaporizador se encontra descalibrado e o cliente queira realizar a sua calibração.

**O cliente é responsável por garantir que possui anestésico suficiente para a realização do procedimento de calibração; caso contrário, a MSO reserva-se o direito de cobrar nova deslocação para a conclusão do serviço.

*** As tarifas apresentadas estão sujeitas à disponibilidade da equipa técnica. Caso seja necessária a marcação do serviço fora da disponibilidade proposta pela MSO, poderá ser aplicada uma taxa adicional de agendamento prioritário.